調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	補給本部第２部第２調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS－B99487		

品　　名	カタログ製品名[a)]	数　量
オイルパーティクルカウンター	日本ポール㈱ ＰＦＣ４５０ 又は ㈱インテクノス・ジャパン ＬＣＭ２０．ＡＭ 又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）	２ＥＡ

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

同等とする性能等

1　製品に関する要求

航空機作動油の流体清浄度を検査できること。

2　要求諸元

(1)　清浄度表示　　NAS1638又は同等の表示が可能なこと。
(2)　校正規格　　ISO11171
(3)　最高使用圧力　　42MPa
(4)　流体粘度範囲　　2～200mm²/s(cSt)以内
(5)　流体温度範囲　　10～50℃

3　附属品

附属品は，次による。ただし，会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は，除く。

標準附属品１ＳＥ
ボトルサンプラー　１ＥＡ
（日本ポール㈱製　ＰＦＣ２００ＢＳ－Ｄ７）
（㈱インテクノス・ジャパン製　ＢＳＡ．Ｌ）

4　提出書類

(1)　類別原資料　必要
(2)　取扱説明書　必要(別途提出分（初回）は，４部とし，器材添付は，２部とする。)
(3)　特定化学物質等の資料　必要
(4)　貴金属等管理資料　必要

5 その他

製品の表示　#